

Dotyczy: Dostawy aparatu ultrasonograficznego.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, posiadający maksymalną wartość dynamiki 235 dB, ale nie wyświetlającego wartości na ekranie?

Pytanie 2

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadającego zaawansowaną funkcję optymalizacji obrazu 2D, ale nie posiadającego optymalizacji trybu PW?

Pytanie 3

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadającego maksymalną wartość PRF dla Dopplera Fali Ciągłej 41 kHz ?

Pytanie 4

4. Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 44

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający 6 portów USB, ale tylko jeden port na przednim panelu ?

Pytanie 5

5. Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 49

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadającego sondę typu convex o 192 elementach piezoelektrycznych, ale o zakresie częstotliwości 2 - 6 MHz?

Odpowiedzi do pytań nr 1, 2, 3, 4, 5

Zamawiający **nie dopuszcza** urządzeń zaproponowanych w powyższych pytaniach. Oferowane urządzenie powinno być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher